

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	MC.TL.08
		Yayın Tarihi	02.09.2024
		Revizyon Tarihi	00
	CİHAZLARIN GÜVENLİ VE VERİMLİ KULLANIMI TALİMATI	Revizyon No	00
		Sayfa No	1/1

1. AMAÇ

Bu talimat, merkezimizde kullanılan tüm tıbbi cihazların güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat, merkezde kullanılan tüm tıbbi cihazları, bu cihazların kullanıcılarını, teknik servis birimini, satınalma birimini ve ilgili yöneticileri kapsar.

3. TANIMLAR

- Cihaz Kullanıcısı: Eğitim almış ve cihazı talimatlara uygun kullanan personel
- Teknik Servis Birimi: Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon süreçlerini yöneten birim
- Satın Alma Birimi: Cihazların temini, yedek parça alımı ve hizmet satın alımından sorumlu birim

4. TALİMATLAR

4.1. Cihazların Güvenli ve Verimli Kullanımına Yönelik Kurallar

- Cihazların verimli kullanımı için kesintisiz teknik destek sağlanmalıdır.
- Personele cihaz kullanımı için gerekli eğitimler verilmelidir, eğitim kayıtları tutulmalıdır.
- Fiziksel ve teknik altyapı cihazın güvenli çalışmasına uygun olmalıdır.
- Cihazlarda üretici önerisine uygun sarf malzemeleri ve ekipman kullanılmalıdır.
- Cihazların bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılmalıdır.
- Tıbbi cihazlarda maliyetler ile hizmet çıktıları izlenmeli, verimlilik değerlendirilmelidir.

4.2. Cihazların Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonu

- Cihazların temizlik ve dezenfeksiyonu üretici talimatlarına uygun yapılmalıdır.
- Hasta ile temaseden parçalar uygun dezenfektanlarla temizlenmelidir.
- Sterilizasyon gerektiren parçalar için ayrı protokoller uygulanmalıdır.
- Tüm işlemler kontrol listeleri ile belgelenmelidir.

4.3. Cihaz Kullanımı Esnasında Tehlikeli Durumlara Müdahale

- Cihazda arıza veya olağandışı bir durum olduğunda cihaz derhal durdurulmalı ve 'Kullanıma Kapalı' etiketi yapıştırılmalıdır.
- Elektrik çarpması, duman veya sıvı sızıntısı gibi durumlarda cihaz fişi çekilerek teknik servise bilgi verilmelidir.
- Hasta ve çalışan güvenliği için acil durum prosedürleri uygulanmalıdır.
- Sorunla ilgili Düzeltici İyileştirici Faaliyet Formu doldurulmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Malzeme ve Cihazların Yönetimi Prosedürü
- Cihaz Envanter Listesi
- Eğitim Katılım Formları
- Medikal Alet ve Cihazların Bakım Planı
- Düzeltici İyileştirici Faaliyet Formu