

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	MC.TL.14
		Yayın Tarihi	02.09.2024
	HBTC KULLANIM VE KALİTE KONTROL TALİMATI	Revizyon Tarihi	00
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/1

1. AMAÇ

Merkezimizde kullanılan Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) güvenli, doğru ve izlenebilir şekilde kullanılmasını, bakım ve temizlik süreçlerinin yürütülmesini, kalite kontrol çalışmalarının yapılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, kurumda kullanılan tüm HBTC'leri ve bu cihazların kullanım, bakım, temizlik, kalite kontrol, eğitim ve kayıt süreçlerinde görev alan tüm çalışanları kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

- Cihaz Kullanıcısı: HBTC'yi talimatlara uygun kullanır, günlük temizlik ve basit kontrolleri yapar, test sonuçlarını hasta dosyasına kaydeder.
- Birim Cihaz Sorumlusu: HBTC envanterini takip eder ve kalite kontrol testlerini doğrular.
- Teknik Servis: HBTC'nin bakım ve onarım işlemlerini yapar, kalibrasyon sürecini takip eder.
- Kalite Yönetim Birimi: İzlenebilirliği, kalite kontrol kayıtlarını ve uygunsuzluk durumlarını denetler.

4. UYGULAMA

- HBTC'ler izlenebilir şekilde tanımlanır, cihaz envanteri oluşturulur.
- HBTC'nin günlük temizlik ve bakımı cihaz üretici talimatlarına uygun yapılır.
- HBTC için kalite kontrol testleri düzenli olarak yapılır, kayıt altına alınır.
- Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilirse cihaz kullanım dışı bırakılır, düzeltici/önleyici faaliyet başlatılır.
- HBTC kullanıcılarına preanalitik, analitik ve postanalitik evreler, kalibrasyon ve kalite kontrol, temizlik ve bakım konularında eğitim verilir.
- HBTC ile yapılan test sonuçları hasta dosyasına kaydedilir.