

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	MC.PL.01
		Yayın Tarihi	02.12.2024
		Revizyon Tarihi	00
	MEDİKAL ALET VE CİHAZLARIN BAKIM PLANI	Revizyon No	00
		Sayfa No	1/2

S.N.	ALET VE CİHAZ ADI	BAKIM TÜRÜ	DETAYLI İŞLEM (BAKIM İÇERİĞİ)
1	Otoklav (Sterilizasyon Cihazı)	Günlük	Sterilizasyon personeli tarafından cihaz kullanılmadan önce her gün ısı nem basınç gibi kritik parametreler cihaz göstergesinden izlenmeli, Vakumun etkinliği ve buhar doygunluğunu gösteren Bowie-Dick testi işlemlere başlamadan önce yapılmalıdır. Cihaz contaları günlük yağlanmalı ve işlenen forum/ fişler saklanıp kayıt altına alınmalıdır.
		Haftalık	Kapak contasının detaylı kontrolü, boş test döngüsü çalıştırılması
		Aylık	Su tanklarının dezenfeksiyonu
		Yıllık	Teknik servis tarafından iç komponent kontrolü ve kalibrasyon
2	Panoramik Röntgen Cihazı	Günlük	Cihaz temizliği, yazılım açılış testi kontrolü
		Haftalık	Görüntü kalitesi testi kontrolü
		Aylık	Sensör ve panel bağlantılarının kontrolü
		Yıllık	Teknik servis kalibrasyon ve doz ölçümü
3	Periapikal Röntgen Cihazı	Günlük	Cihaz yüzey temizliği, cihaz açılış testi
		Aylık	Işınlama testi, görüntü kalitesi kontrolü
		Yıllık	Servis bakım ve kalibrasyon doz ölçümü
4	Dental Ünit (Hasta Koltuğu)	Günlük	Cihaz kullanım öncesi fonksiyon kontrolü ve kullanım sonrası temizliği ve kreşuar kalıntılarının temizliği
		Haftalık	Motor, mekanik aksam kontrolü ve bağlantı kabloları temizliği, cihaz fonksiyon testi ve filtre bakımları teknik servis tarafından yapılır.
		Aylık	Cihaz hortum, su - hava bağlantıları ve plastik aksam kontrolleri
		Yıllık	Kalibrasyon ve genel performans testi
5	Kompresör	Günlük	Su tahliyesi, basınç kontrolü ve yağ seviye kontrolü yapılır. Lcd ekran arıza göstergesi varsa firmayla görüşülür / kontrol edilir.
		Aylık	Filtre kontrolü
		Yıllık	Teknik servis genel bakım
6	Ağız İçi Kamera	Günlük	Lens temizliği
		Aylık	Kablo ve bağlantı kontrolü
7	Amalgam Ayırıştırıcı	Günlük	Her kullanım sonrası cihaz temizliği yapılır
		Haftalık	Doluluk seviyesi kontrolü, kap conta yay kontrolü
		Aylık	Cihaz conta yay kontrolü
8	Kavitrone (Ultrasonik Temizlik Cihazı)	Günlük	Su seviyesi ve uç kontrolü
		Aylık	Kablo, güç kaynağı kontrolü
9	Diş Hekimi Aletleri	Günlük	Yağlama ve temizlik
		Haftalık	Rotor ve rulman kontrolü
10	Sterilizasyon Paketleme Cihazı	Günlük	Isı ayar ve kaynağının testi
		Aylık	Bıçak ve ısıtıcı parça kontrolü
11	Aljinat Karıştırma Cihazı	Günlük	Aljinat kalıntıları bezle ve sıcak su ile temizlenmeli
		Aylık	Rulman kontrolü, motor ve bağlantı kablo kontrolleri
12	Silikon Karıştırma Cihazı	Günlük	Silikon malzemesi kalıntıları temizliği
		Aylık	Cihaz conta ve plastik aksam kontrolü
13	Yıkama-Dezenfeksiyon-Kurutma Makinesi	Günlük	Filtre, su ve yağ seviyesi kontrolü
		Aylık	Isıtıcı ve pompa kontrolü
		Yıllık	Teknik servis tarafından iç komponent kontrolü ve kalibrasyon

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	MC.PL.01
		Yayın Tarihi	02.12.2024
		Revizyon Tarihi	00
	MEDİKAL ALET VE CİHAZLARIN BAKIM PLANI	Revizyon No	00
		Sayfa No	2/2

14	Distile Saf Su Arıtma ve Damıtma Cihazı	Haftalık	Filtre ve seviye kontrolü
		Aylık	Genel temizlik
15	Buhar Sterilizatörü	Günlük	Su seviyesi, kapak contası kontrolü
		Aylık	Tank ve çıkış hattı temizliği
		Yıllık	Teknik servis tarafından iç komponent kontrolü ve kalibrasyon
16	Elektrokoter Cihazı	Günlük	Kablo ve elektrot kontrolü
		Aylık	Çıkış gücü testi
17	Ultrasonografi Cihazı	Günlük	Prob temizliği
		Aylık	Görüntü kalitesi testi, cihaz akımı ve elektronik parça kontrolü
18	Santrifüj Cihazı	Günlük	Rotor ve tüp kontrolü
		Aylık	Denge testi, dönme hız kontrolü
19	İnkübatör Cihazı	Günlük	Sıcaklık ve nem ayarı kontrolü
		Aylık	Sensör kontrolü, ısı gösterge panel kontrolü
		Yıllık	Cihaz kalibrasyonu ve motor performans kontrolü
20	Ağız İçi Tarama Cihazı	Günlük	Lens temizliği
		Aylık	Yazılım güncelleme kontrolü, lcd ekran görüntü testi
21	Paralelometre	Aylık	Hareketli parçaların yağlanması, mekanik parça kontrolü
22	Artikülatör	Aylık	Bağlantı parçalarının sıkılığı kontrolü, yağlanması
23	Porselen Fırın	Günlük	Isıtma odası temizliği
		Aylık	Isı sensörü, motor ve ısıya dayanıklı aksam kontrolü
24	Cerrahi Aspiratör Cihazı	Günlük	Filtre, ve çekiş kontrolü, işlem sonrası temizliği
		Aylık	Motor, vakum testi ve bağlantı hortumları kontrolü
		Yıllık	Cihaz kalibrasyonu ve filtre değişimi
25	Fosfor Plak Tarayıcı	Günlük	Sensör yüzey temizliği
		Aylık	Görüntü kalitesi testi
26	Defibrilatör	Günlük	Cihazın genel görsel kontrolü, pil ve elektrotların mevcudiyetinin kontrolü
		Haftalık	Fonksiyon test tuşu ile cihazın çalışırılık testi, sesli-ışıklı uyarı sistemlerinin kontrolü
		Aylık	Elektrot son kullanma tarihi kontrolü, bağlantı kablolarının kontrolü
		Yıllık	Yetkili servis tarafından iç devre ve batarya performans testi, yazılım güncellemeleri
		Koruyucu	Elektrot yenileme, batarya değişimi, periyodik cihaz performans test raporlarının alınması